

Тел.: +7 (495) 775 48-45, Факс: +7 (495) 775 48-45
E-mail: info@prommashtest.ru

№ 07-134 от 10.06. 2015 г.

ЗАО СКБ «Термоприбор»

Адрес: 115201, г. Москва,
ул. Котляковская, д. 6, стр. 8

Информационное письмо

Орган по сертификации продукции ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ62) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция не включена в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденного Решением Совета Евразийской Экономической Комиссией от 02.07.2013 N 41:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Гильзы защитные термометрические, модели РГАЖ 4.819.000 – РГАЖ 4.819.015, по РГАЖ 4.819.000 ТУ (Рабочая среда – жидкость, газ, пар; Диаметры погружаемой части, мм: - цилиндрических гильз: 10, 14, 16, 17,5, 20, 21, 23, 25, 29; - конических гильз: D/d, где D=20, 24, 27, 32, 33, G3/4, d=12, 14, 15 Резьбы установочных штуцеров: M16x1,5, M20x1,5, M24x1,5, M27x2, M33x2, M33x2, G1/4, G1/2, G3/4, K1/2'', K3/4'', K1'', R1/2, R3/4, R1; Давление максимальное, МПа: - 25 – для всех защитных гильз, кроме РГАЖ 4.819.005, - 32 – для РГАЖ 4.819.005; Для гильзы длиной 4500 мм и внутренним диаметром 11 мм внутренний объем составляет 0,0004 куб. м)	9025 90 000 9

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Генеральный директор
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»



А.П. Филатчев