

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 60966-15

Срок действия утверждения типа до **5 марта 2030 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»
(АО СКБ «Термоприбор»), г. Москва**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.461-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **ТСМ 012: 3 года; 2 года**
– для ТС классов В, С с диапазоном измерений температуры от +150 до 180 °С; ТСП
012: 3 года; 2 года – для ТС класса АА; 5 лет – для ТС классов А, В, С с диапазоном
измерений температуры от -60 до +200 °С; 20 лет – для исполнений ТСП
012.03В.Сп(01)-Оп и ТСП 012.03В.Сп(01)-Ехi с условным обозначением НСХ
преобразования по ГОСТ 6651-2009 – Pt100, класс допуска «В» и имеющих диапазон
измерений температуры от минус 196 до плюс 120 °С

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 21 июля 2025 г. N 1477.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко

«12» августа 2025 г.