

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 46437-16

Срок действия утверждения типа до 24 июня 2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 014,  
ТСПУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ЗАО СКБ "Термоприбор", г.Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ  
-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
РГАЖ 0.282.001.01 РЭ (раздел 3.4 «Методика поверки» с изменением №1)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года; 2 года - для ТСПУ 014, ТСПУ 015 с верхним  
пределом диапазона измерений свыше +200 °С, для ТСМУ 014, ТСМУ 015 с верхним  
пределом диапазона измерений свыше +150 °С

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 26 февраля 2021 г. N 177.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01B04FD20037AC92B24BBE37DDE2D3F374  
Кому выдан: Кулешов Алексей Владимирович  
Действителен: с 15.09.2020 до 15.09.2021



«01» июня 2021 г.