

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 46611-16

Срок действия утверждения типа до **24 июня 2031 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
**Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031,
ТХКУ 031, ТННУ 031**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
**Акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»
(АО СКБ «Термоприбор»), г. Москва**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
РФ

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
**МП 207-031-2023;
МП 207-031-2023 с изменением № 1**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года; 4 года - для ТСМУ 031, ТХКУ 031 С; 5 лет - для
ТСМУ 031П с защитными корпусами типов "К1", "К2", для ТСПУ 031 с верхним
пределом измерений +200 °С, для ТХАУ 031, ТННУ 031 с верхним пределом измерений
+800 °С**

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии **от 10 февраля 2026 г. N 234.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«18» февраля 2026 г.