

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 71221-18

Срок действия утверждения типа до 21 мая 2028 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСМУ011, ТСПУ011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»
(АО СКБ «Термоприбор»), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ВБАЛ 2.821.011 РЭ, раздел 3.4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет; первичная поверка до ввода в эксплуатацию -
для верхнего предела диапазона измерений температуры не более +120 °С

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 21 июля 2025 г. N 1477.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DA5E49256197DFD0010E9A12A923B5EB
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 06.03.2025 до 30.05.2026

А.М.Кузьмин

«28» июля 2025 г.