



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**
119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 2122
Выдан

Акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»
(АО СКБ «Термоприбор»).

Юридический адрес: 115409, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 43, корп. 5.

Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, к. 82-6.

Телефон: +7 (495) 516-01-48, e-mail: info@termopribor.com.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002,
выпускаемые по РГАЗ 0.282.002.01 ТУ
(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой
отметкой до 70,0 м)
(наименование нормативного документа)

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 038-06-25-Д-ВТ от 24.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией
«Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный
№ РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИБР»**

Фактический адрес: 127299, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коптево,
ул. Космонавта Волкова, д. 18, помещ. 1/2

Регистрационный номер СБ.ОС.019

Дата регистрации: 24.06.2025

Срок действия сертификата: 23.06.2028

Руководитель органа
по сертификации

Ковтун Н.В.
(ФИО)

(подпись)

М.П.

г. Москва