



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14216 от 2 июля 2021 г.

Срок действия до 24 августа 2023 г.

Наименование типа средств измерений:

**Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002**

Производитель:

**ЗАО СКБ «Термоприбор», г. Москва, Российская Федерация**

Документ на поверку: **ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки», п.3.4 РГАЖ 0.282.002.01 РЭ «Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002. Руководство по эксплуатации»**

Интервал времени между государственными поверками для модификации ТХА 002 с диапазоном измерений температуры от 1100 °С до 1200 °С 6 месяцев; для остальных модификаций 12 месяцев

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.07.2021 № 75

Средства измерений данного типа средства измерений разрешаются к применению в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак