

РЕШЕНИЕ

№ 14.07.2025-26ТАТ от 14.07.2025

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 14.07.2025-26ТАТ от 14.07.2025:

заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТЕРМОПРИБОР"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1037739360955

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица): 115409, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный
округ Москворечье-Сабурово, шоссе Каширское, дом 43, корпус 5

Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4,
корпус 82-6

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74955160148

Адрес электронной почты: info@termopribor.com

на проведение сертификации продукции:

Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСМ 011,
ТСП 011, ТСМУ 011, ТСПУ 011 по ВБАЛ 2.821.011 ТУ;

Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012, ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ
321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М по РГАЖ 2.821.012.02 ТУ;

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015 по РГАЖ 0.282.001.01
ТУ;

Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002 по
РГАЖ 0.282.002.01 ТУ;

Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031 по РГАЖ
0.282.007 ТУ

(Рабочая среда - жидкость, газ, пар, сыпучие среды;

Диаметры защитного корпуса, мм: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20;

Диаметры установочной поверхности, мм: 20- 1420

Резьбы установочных штуцеров:

M8x1, M12x1,5, M16x1,5, M20x1,5, M24x1,5, M27x2, M33x2, G1/2, G3/4,

K1/2", K3/4", K1", R1/2, R3/4. R1;

Давление, МПа: 16).

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

**Продукция изготовлена в соответствии с ВБАЛ 2.821.011 ТУ «Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные
ТСМ 011, ТСП 011, ТСМУ 011, ТСПУ 011», РГАЖ 2.821.012.02 ТУ «Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП
012, ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП
323М», РГАЖ 0.282.001.01 ТУ «Термопреобразователи с унифицированным сигналом ТСМУ 014, ТСПУ 014, ТСМУ 015,
ТСПУ 015», РГАЖ 0.282.002.01 ТУ «Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002», РГАЖ 0.282.007
ТУ «Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031»**

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 9025198009

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

**Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"ТЕРМОПРИБОР"**

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица): 115409, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, шоссе Каширское, дом 43, корпус 5

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставные документы, копии:

ВБАЛ 2.821.011 ТУ «Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСМ 011, ТСП 011, ТСМУ 011, ТСПУ 011»,

РГАЖ 2.821.012.02 ТУ «Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012, ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М»,

РГАЖ 0.282.001.01 ТУ «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 014, ТСПУ 14, ТСМУ 015, ТСПУ 015»,

РГАЖ 0.282.002.01 ТУ «Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002»,

РГАЖ 0.282.007 ТУ «Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031»

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Отсутствие выявленных и идентифицированных видов опасностей в соответствии с приложениями 1 и 2 к ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" согласно пункта 3 статьи 1, а также отсутствие заявленной продукции в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 8 ТР ТС 010/2011 и приложением 3. Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 в формах сертификации или декларирования соответствия не требуется.

Эксперт органа по сертификации



Ю.В. Васина

инициалы, фамилия