

РЕШЕНИЕ

№ 15.07.2025-1ЦЭТИ от 15.07.2025

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 15.07.2025-1ЦЭТИ от 15.07.2025:

заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТЕРМОПРИБОР"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1037739360955

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица): 115409, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный
округ Москворечье-Сабурово, шоссе Каширское, дом 43, корпус 5

Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4,
корпус 82-6

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74955160148

Адрес электронной почты: info@termopribor.com

на проведение сертификации продукции:

Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные TCM 011,
TСП 011, TСМУ 011, TСПУ 011;

Термопреобразователи сопротивления TCM 012, TСП 012, TCM 319М, TСП 319М, TCM 320М, TСП 320М, TCM
321М, TСП 321М, TCM 322М, TСП 322М, TCM 323М, TСП 323М; Термопреобразователи с унифицированным
выходным сигналом

TСМУ 014, TСМУ 015, TСПУ 014, TСПУ 015;

Преобразователи термоэлектрические TХА 001, TХА 002, TХК 002;

Преобразователи температуры программируемые TСМУ 031, TСПУ 031, TХАУ 031, TХКУ 031, TННУ 031;

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Продукция изготовлена в соответствии с ВБАЛ 2.821.011 ТУ «Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные
TCM 011, TСП 011, TСМУ 011, TСПУ 011», РГАЖ 2.821.012.02 ТУ «Термопреобразователи сопротивления TCM 012, TСП
012, TCM 319М, TСП 319М, TCM 320М, TСП 320М, TCM 321М, TСП 321М, TCM 322М, TСП 322М, TCM 323М, TСП
323М», РГАЖ 0.282.001.01 ТУ «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом TСМУ 014, TСМУ 015,
TСПУ 014, TСПУ 015», РГАЖ 0.282.002.01 ТУ «Преобразователи термоэлектрические TХА 001, TХА 002, TХК 002»,
РГАЖ 0.282.007 ТУ «Преобразователи температуры программируемые TСМУ 031, TСПУ 031, TХАУ 031, TХКУ 031,
TННУ 031»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 9025198009

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

**Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"ТЕРМОПРИБОР"**

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица): 115409, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, шоссе Каширское, дом 43, корпус 5

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставные документы, копии:

ВБАЛ 2.821.011 ТУ «Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСМ 011, ТСП 011, ТСМУ 011, ТСПУ 011»,

РГАЖ 2.821.012.02 ТУ «Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012, ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М»,

РГАЖ 0.282.001.01 ТУ «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015»,

РГАЖ 0.282.002.01 ТУ «Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002»,

РГАЖ 0.282.007 ТУ «Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031»

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" не распространяется на заявляемую продукцию, т.к. в соответствии с п.1 ст. 1 ТР ТС 004/2011 требования настоящего регламента не распространяются на оборудование номинальным напряжением менее 50 В переменного тока и менее 75 В постоянного тока. Вышеуказанная продукция не подлежит оценке соответствия в форме декларирования и сертификации по ТР ТС 004/2011.

Эксперт органа по сертификации



Е.Ю. Сильягина

инициалы, фамилия