

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 72195-18

Срок действия утверждения типа до **24 августа 2029 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро
«Термоприбор» (ЗАО СКБ «Термоприбор»), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РГАЗ 0.282.002.01 РЭ, раздел 3.4 (с изменением N 1)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года; 4 года** - для ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002 с
диапазоном измерений **-40 ... 800 °С**; **6 месяцев** - для ТХА 002 с диапазоном измерений
1100 ... 1200 °С

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от **28 апреля 2023 г. N 922.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024



Е.Р.Лазаренко

«08» июня 2023 г.