

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# **СЕРТИФИКАТ**

об утверждении типа средств измерений  
№ 46611-16

Срок действия утверждения типа до **24 июня 2026 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031,  
ТХКУ 031, ТННУ 031**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Закрытое акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Термоприбор"  
(ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

**Закрытое акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Термоприбор"  
(ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва**

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

**РФ**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**РГАЗ 0.282.007 РЭ, раздел 3.4 с изменением N 1**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для ТСМУ 031, ТХКУ 031 С; 5 лет - для  
ТСМУ 031П с защитными корпусами типов "К1", "К2", для ТСПУ 031 с верхним  
пределом измерений +200 °С, для ТХАУ 031, ТННУ 031 с верхним пределом измерений  
+800 °С**

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 8 ноября 2021 г. N 2479.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 029D109B000BAE27A64C995DDB060203A9  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

**Е.Р.Лазаренко**

**«25» июля 2022 г.**